



© Marcin Michalczyk
Kopiowanie w jakiegokolwiek formie dozwolone
tylko za zgodą właściciela praw.

Uwagi:

☒ Lokalizacja przetwornika

Czułość w osiach:

X - 6,5 mV/g

Y - 6,5 mV/g

Z - 6,5 mV/g

Koordinacja osi pomiarowych zgodna z SAE J211



MTM MARCIN MICHALCZYK

METROLOGIA STOSOWANA

www.cyfrolab.pl

3-osiowy akcelerometr $\pm 200g$.
Wymiary, układ odniesienia.

Rysunek 2 z 2

SKALA 1:1

2014 listopad